

Spett.le
MINERVA SRL

Classificazione: 01.06.01

Firenze, 10/09/2024

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER N.2 LABORATORI DI CHIMICA DEL NUOVO BIENNIO ISIS DA VINCI" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS 36 2023 - CUP H11I24000150004

Si richiede vostra offerta per la fornitura di attrezzature a completamento dell'allestimento, presso la nuova sede del biennio dell'ISIS Da Vinci, Via del Terzolle 91 Firenze, di n.2 laboratori di chimica. L'elenco è sotto dettagliato.

1

Fornitura e installazione di

- Attrezzature aspiranti per permettere il corretto funzionamento delle nuove cappe da chimica.
- Attrezzature di canalizzazione in PVC avorio di diametro opportuno dalla cappa fino al tetto di copertura.
- Attrezzature di raccorderia di nuova generazione a basse perdite di carico (curve raggriate)
- 7 motori aspiranti adatti alle cappe chimiche opportunamente dimensionati per garantire l'aspirazione come richiesto dalle vigenti norme incluse basi di cemento autoportanti con sistemi antivibranti,
- 14 rubinetti/telecomandi per gas per cappe da chimica con telecomando su cruscotto e beccuccio di uscita sullo schienale della cappa.
- n. 22 rubinetti per gas doppio fronte per banchi centrali da laboratorio.
- rubinetto per gas per cappa a flusso laminare.
- Attrezzatura di canalizzazioni per la calata dal controsoffitto della tubazione di alimentazione dei rubinetti.

INCLUSO: Posa in opera e collegamento di tutta la distribuzione all'attacco presente sulla parete del laboratorio.

2

Fornitura e installazione di 7 collari REI per tubazione in PVC

- Modello per tubazione diam. mm. 250 n.2 unità
- Modello per tubazione diam. mm. 200 n.5 unità

Il preventivo dovrà includere consegna ai piani, montaggio, verifica e garanzia di 24 mesi.

La consegna è stabilita entro il 15 ottobre 2024 e dovrà essere necessariamente concordata con il presente ufficio.

Il CUP della presente procedura è H11I24000150004.



Tutti gli articoli devono possedere le certificazioni per gli stessi puntualmente indicate nei vostri cataloghi. Si richiede altresì la compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di conformità alle normative vigenti e l'indicazione delle certificazioni possedute.

Si richiede altresì sottoscrizione della dichiarazione di corretta posa in opera di quanto sopraccitato secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo fornite, in conformità alle specifiche concordate.

Per eventuali chiarimenti potete contattare i seguenti recapiti telefonici 055262 5714 - 5670 (Pieragnoli, Baroncelli G.).

Distinti Saluti

Firma
Dott. BARONCELLI ALESSANDRO

