

## QUESITO N. 1

### DOMANDA:

Fornitura a noleggio di n. 89 defibrillatori semiautomatici esterni

Considerando che per definirsi veramente affidabile, un qualsiasi sistema di allarme/rilevamento/sicurezza che trasmetta eventuali segnalazioni (eventi/anomalie) necessita sempre e comunque di due fonti di alimentazione dove quella primaria è sempre la rete elettrica, normalmente utilizzata anche per la ricarica della batteria/e, mentre la secondaria è la stessa batteria/e che entra in funzione (risultando di conseguenza “sempre ben carica”) soltanto quando si scollega l’alimentazione di rete, si richiede se sia possibile che il sistema di telecontrollo della postazione DAE sia dotato del collegamento con la rete elettrica attraverso una normale presa di rete a 220 v.

### RISPOSTA:

In riferimento alla Vostra richiesta come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art.6 "Caratteristiche dell'Appalto" si conferma l'impossibilità di alimentazione alla rete elettrica 220v. Pertanto occorre rispettare le "caratteristiche dell'appalto e dei dispositivi richiesti".